

INFORME DE RESULTADOS

REFERENCIA: E702/14

EMPRESA: SOC. SCARTER LTDA.

Contacto: Sergio Carter

Dirección: Lanin 1511

Comuna: Conchalí

RUT: 76.269.371-2

Fono: 227361858

e-mail: scarter@servitemp.cl

FECHA DE ENTRADA DE MUESTRAS: 03 de octubre de 2014

FECHA DE REALIZACION DE ANALISIS: 13-17 de octubre de 2014

FECHA DE EMISION DE INFORME: 17 de octubre de 2014

N° DE MUESTRAS RECIBIDAS: 1

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS:

Film metalizado

ANÁLISIS SOLICITADOS:

Permeabilidad al vapor de agua

METODOLOGIA

La permeabilidad al vapor de agua, se llevó siguiendo la norma ASTM F-1249 con un equipo Permatran -W 3/31 de la casa Mocon, siendo las condiciones de ensayo: 37.8°C y 90% de humedad relativa.

RESULTADOS

Permeabilidad al vapor de agua:

MUESTRA	PERMEABILIDAD VAPOR DE AGUA (g/m ² * día)
E702/14	0,22 ± 0,06



UdeSantiago
de Chile

OBSERVACIONES

- Los resultados entregados corresponden sólo las muestras analizadas
- Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente informe sin la autorización escrita de LABÉN-CHILE

Ing. Ximena Valenzuela
Analista



Dra. María José Galotto
Directora Laboratorio Envases